



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICÍPIO DE TEREZINÓPOLIS  
AV. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119 - TEREZINÓPOLIS  
CNPJ: 03.501.582/0001-88

ORDEM DE COMPRA Nº 925/2020 - CÓDIGO 26118

SOLICITANTE

DATA REQUISIÇÃO: 22/06/2020

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO GERAL  
Setor: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CNPJ: 11.16.1.0/74/0-001-26  
Solicitante: LUCIENE ANTONIO FERREIRA - (RH)  
Responsável: LUCIENE ANTONIO FERREIRA

Veículo:

Placa: \_\_\_\_\_ KM Atual: 0  
Motorista: \_\_\_\_\_

FORNECEDOR

CNPJ: 09.314.762/0001-37  
Razão Social: 3127 - RENATA CASTRO DE PAULA SANTOS  
Nome Fantasia: FISYKA BIOTECNOLOGIA

Inscrição Estadual: 118111269115  
Cidade: São Paulo/SP  
Tel. Fixo: 1135014191

LICITAÇÃO

Modalidade: Dispensa  
Tipo: Normal  
Código da Licitação: 1204  
Data Homologação: 10/06/2020  
Nr Licitação: 133/2020

Nr. Processo do Protocolo: ---  
Cód. Protocolo(s): ---  
Cód. Cotação: ---  
Cód. Solicitação: 14851  
Nr. Contrato: --- - Dt. Venc: 0  
Processo da licitação: 166/2020

Utilização: Aquisição de Cabine de Segurança Biológica PA 070 Classe II Tipo A2, para o Laboratório de Análises Clínicas, para manipulação das amostras clínicas de escarros para o Enfrentamento da Pandemia Coronavírus – COVID-19. DISPENSA: 133/2020 - PROCESSO: 166/2020.

Observações:

DOTAÇÃO

Reduzido: 456 - Dotação: 03.013-10.122.0107.2180-4.4.90.52.00.0.114 - F. Recusos: 114 - S.Elemento: 99 - Desdob.: 331

ITENS

Código	Qtde	Nome do Produto	Marca	Un.	Valor Unit.	Desconto %	Valor Total
43810	1	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PA 070 - CLASSE II - TIPO A2 - FILTRO HEPA		un	R\$ 11.900,000000	0,00	R\$ 11.900,00

Valor Total: R\$ 11.900,00

Desconto direto na Requisição: 0,00

Valor Desconto: 0,00

Valor Tarifa: 0,00

Valor Líquido: R\$ 11.900,00

segunda-feira, 22 de junho de 2020

Declaro que os valores constantes na Ordem de Compra, estão compatíveis com os preços de mercado e, que foram cotados no mínimo 03(três) orçamentos.

RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

RESPONSÁVEL PELA COMPRA

PAULA SANTOS ME

MIGLIANO, 2050 - JARDIM CABORE

Paulo - SP

CEP: 05711-001

Fone: 1135014191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 278

Série: 1 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0709 3147 6200 0137 5500 1000 0002 7810 4304 8370

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200567800877 09/07/2020 10:10:18

OPERAÇÃO

DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118111269115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.314.762/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ / CPF

11.161.074/0001-26

DATA EMISSÃO

09/07/2020 09:31:55

ENDEREÇO

Av. ANTONIO JOSE PANIAGO, 119 CENTRO

BAIRRO / DISTRITO

TERENOS

CEP

79190-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Terenos

FONE / FAX

UF

MS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 11.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Veículo Próprio	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
PA 070	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II - TIPO A2- FILTRO HEPA PA 070 PACHANE	84818019	0102	6108	UN	1	11900,0000	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDADO

Covid


CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37209027			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: EMPRESA OTANTE PELO SIMPLES, ORDEM DE COMPRA Nº 925/2020-CÓDIGO 26118, DISPENSA: 133/2020, PROCESSO: 166/2020, DADOS BANCARIOS, BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1506-7 / CONTA CORRENTE 24922-X.

RESERVADO AO FISCO



*Fisyka Biotecnologia*  
RUA DR. LUIZ MIGLIANO, 2050 – SALA 78/80– JD. CABORÉ  
SÃO PAULO/SP – CEP. 05711-001  
TEL/FAX (11) 3501-4191/3773-6990  
CNPJ. 09.314.762/0001.37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 118.111.269.115

Data.....: 26/05/2020  
Orçamento: 20/00824

Cliente.....: Fundo Municipal de Saúde de Terenos  
Contato.....: Sr(a) Igor Lopes  
Endereço.....: AVENIDA ANTONIO JOSE PANIAGO , 119,  
Cep.....: 79.190-000  
Cidade.....: Terenos - MS  
E-Mail.....: igorlopes0610@gmail.com

01 - [31,0097]-CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PA 070 CLASSE II TIPO A2 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EXT.  
Cabine de Segurança Biológica Pachane PA-070 Tamanho 2 classe II tipo A2

#### RESUMO

A Cabine de Segurança Biológica Pachane Classe II Tipo A2 promove proteção do operador, produto e do ambiente contra particulados perigosos como agentes que requerem contenção biológica dos níveis 1, 2 ou 3. Outras aplicações indicadas incluem a manipulação de drogas anti-neoplásicas, material genético, asbestos e substâncias adicionais que geram particulados danosos à saúde com dispersão aérea.

As cabines de segurança biológica são desenvolvidas para eliminar o ar exaustado, após passagem pelo filtro HEPA, diretamente para o laboratório ou para um sistema de exaustão através da conexão ao exaustor opcional. Quando conectada ao exaustor, a cabine de biossegurança pode ser usada para aplicações envolvendo quantidades minutas de químicos tóxicos voláteis e traços de radionuclídeos como adjunto à pesquisa microbiológica.

Durante a operação, o ar ambiente é atraído para a grade de entrada. O ar no pleno abaixo da superfície de trabalho é uma mistura de ar ambiente não-filtrado e ar que já passou pela superfície de trabalho. O ar contaminado é atraído pelo ventilador através do pleno traseiro da cabine, onde 70% do ar é recirculado e 30% do ar é renovado através do filtro HEPA para o ambiente. O balanço do ar contaminado é eliminado para o ambiente após a passagem pelo filtro HEPA do exaustor.

#### Especificações

- Peso: 90,0 kg
- Dimensões externas: L 835 x P 605 x A 1.940 mm (com base); L 835 x P 605 x A 1.150 mm (sem base)
- Dimensões internas: L 633 x P 430 x A 450 mm
- Alimentação: 220 V, 60 Hz
- Subcategoria do produto: Cabine de Segurança Biológica Classe II, Tipo A2



*Fisyka Biotecnologia*  
RUA DR. LUIZ MIGLIANO, 2050 – SALA 78/80 – JD. CABORÉ  
SÃO PAULO/SP – CEP. 05711-001  
TEL/FAX (11) 3501-4191/3773-6990  
CNPJ. 09.314.762/0001.37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 118.111.269.115

- Largura nominal: 2'
- Tipo de Proteção: Produto e Pessoal
- Abertura Nominal do Vidro: 150 mm
- Abertura Total do Vidro: 320 mm
- Iluminação: LED

#### Descrição

#### Conformidade

- Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1; NSF 49

#### Recursos

- Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente;
- Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão;
- Assoalho removível para maior facilidade na limpeza;
- Ventilador tipo siroco;
- Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão;
- Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção;
- Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,999% para partículas de 0,3µm, moldura em alumínio anodizado ;
- Pré-filtro classe G4 sintético 30-35% ASHRAE colorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA)
- Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 7 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos)
- Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV);
- Painel elétrico removível;
- Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 150 mm, abertura operacional segura;
- Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado;
- Baixo nível de ruído 60 dB;
- Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%
- Velocidade de Face = 0,51 m/s
- Vazão de ar 401 m<sup>3</sup>/h
- 01 Tomada auxiliar (220 V) interna
- Lâmpada LED
- 01 Lâmpada UV de 15 W
- 01 Válvula para gás ou vácuo



**FISYKA**

**BIOTECNOLOGIA**

*Fisyka Biotecnologia*  
RUA DR. LUIZ MIGLIANO, 2050 - SALA 78/80 - JD. CABORÉ  
SÃO PAULO/SP - CEP. 05711-001  
TEL/FAX (11) 3501-4191/3773-6990  
CNPJ. 09.314.762/0001.37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 118.111.269.115

- Base construída em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura em epóxi, dotada de rodízios giratórios com freio.
- NCM: 8421-3990
- Procedência Nacional

**Opcionais (não inclusos)**

- Certificado de conformidade do ar e integridade (validação) feito em nossa fábrica. R\$ 600,00
- Kit controlador eletrônico composto de: R\$ 1200,00
- 1) Sistema de alarme áudio visual para indicar a saturação do filtro quando a pressão do filtro absoluto exceder 50% da pressão inicial (IEST-RP-CC002.2)
- 2) Manômetro diferencial de pressão.
- 3) Horímetro para lâmpada UV
- 4) Horímetro para contagem de horas do funcionamento do equipamento;
- 5) Timer para lâmpada UV.

**Embalagem**

**Caixa de madeira**

- Peso : 115 kg
- Dimensões externas: L 1.03 x P 645 x A 1.30 mm

Quantidade....: 1,00  
Valor Unitário: R\$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)  
Valor Total....: R\$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)

Sub-Total.....: R\$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)  
Total.....: R\$ 11.900,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS REAIS)  
I.P.I.....: Reduzido a zero conf. decreto 5468 de 16/06/2005.  
Cond. de Pagamento...: A VISTA  
Validade da proposta.: 30 dias  
Prazo de entrega.....: 30 dias média  
Frete.....: CIF  
Garantia.....: 12 meses contra defeito de fabricação  
Assistência Técnica...: PERMANENTE

*Imagens meramente ilustrativas. O equipamento pode ter diferenças, quanto à cor ou tamanho. Devido à constantes aprimoramentos técnicos, as especificações aqui apresentadas podem sofrer alterações sem aviso prévio.*

**FATURAMENTO MINIMO: R\$ 250.00**

**Dados bancários:**

**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 1506-7**

**CONTA CORRENTE: n° 24922-X**

**FISYKA Biotecnologia**



*Fisyka Biotecnologia*  
RUA DR. LUIZ MIGLIANO, 2050 - SALA 78/80 - JD. CABORÉ  
SÃO PAULO/SP - CEP. 05711-001  
TEL/FAX (11) 3501-4191/3773-6990  
CNPJ. 09.314.762/0001.37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL. 118.111.269.115

*Renata Castro de Paula Santos- ME*

*\*EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.*

*\* DE ACORDO COM OS TERMOS DAS PORTARIAS GR USP 4710/10 e GR USP 3161/99*

*\*CANCELAMENTO DE PEDIDO: SOMENTE SERÁ ACEITO ATÉ 48 HORAS APÓS A CONFIRMAÇÃO.*

Sem mais, para o momento, despedimo-nos, colocando-nos à inteira disposição de V.S.as., para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente

*Sérgio Santos*



**M.S. Diagnóstica**

Produtos Químicos Analíticos e Industriais  
Kits Diagnósticos e Equipamentos em Geral.

ORÇAMENTO

DATA: 27/05/2020

Página: 1 de 2

PARA : A/C: DR IGOR  
EMPRESA : LABORATÓRIO MUNICIPAL DE TEREOS  
FAX : (067) 3246 - 0009

CIDADE: TEREOS MS



## PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	P. UNIT	P. TOTAL
01	<p><b>CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA PA 070 CLASSE II TIPO A2 COM 30% DE RENOVAÇÃO DE AR EXT.</b> Cabine de Segurança Biológica Pachane PA 070 Tamanho 2 classes II tipo A2 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através do filtro HEPA e um duto para o ambiente externo; (Todo o equipamento está em pressão negativa, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando a fuga do ar contaminado para o laboratório).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Oferece proteção para a amostra, o usuário e o meio ambiente;</li><li>- Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1;</li><li>- Construída em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;</li><li>- Gabinete de trabalho construído em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão;</li><li>- Assoalho removível para maior facilidade na limpeza;</li><li>- Ventilador tipo siroco;</li><li>- Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades);</li><li>- Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção;</li><li>- Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado;</li><li>- Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae</li></ul>	01	PACHANE PA 070	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00

**NOTA:** Orçamento válido apenas para o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.




**M.S. Diagnóstica**

Produtos Químicos Analíticos e Industriais  
Kits Diagnósticos e Equipamentos em Geral.

ORÇAMENTO

DATA: 27/05/2020

Página: 2 de 2

<p>colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA) - Vidro temperado frontal tipo guilhotina (sobe e desce) podendo parar em qualquer posição da área de trabalho, com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos) - Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV); - Painel elétrico removível; - Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura; Apresentar catálogo descritivo do equipamento.</p>			
---	--	--	---

**Valor Total : R\$ 18.000,00**  
**Prazo de entrega : 30 / 60 Dias**  
**Pagto° : À Vista**  
**Garantia : 12 Meses**  
**Validade da Proposta : 30 Dias**

Att,



André da Mata  
Vendas/Assessoria

**00 970 175 / 0001 - 21**  
**INSC. EST. 28.293.484 - 7**  
**M. S. DIAGNÓSTICA LTDA**  
Rua Alegria, 129  
Vila Maciel - Cep: 79070 - 305  
**Campo Grande - MS**

**NOTA:** Orçamento válido apenas para o estado do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.





# DIAGNOLAB

PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO



**RAZÃO SOCIAL: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI EPP**  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 28.349.389-5**  
**ENDEREÇO SEDE: ELIAS NACHIF N° 70, CAMPO GRANDE - MS**  
**CNPJ/CPF: 10.396.394/0001-00**  
**TELEFONE: 67 3351-9494**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS**  
**PROPOSTA DE PREÇO**

### DESCRIÇÃO

Cabine de Fluxo Laminar Unidirecional Vertical - Descritivo técnico. Aplicação: Laboratórios de Análises, Hospitais, Centros de Pesquisas e Indústrias em gerais etc.; Este equipamento protege somente o produto manipulado; Com 100 % de renovação de ar para o ambiente de trabalho, equipado com filtro HEPA, para renovação; Equipamento projetado para trabalho classe 100 conforme ABNT NBR 13.700 e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1, Este equipamento protege somente os produtos a serem manipulados; Equipamento fabricado em chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática, na cor branca; (Material superior a madeira e ao aço, não sofre corrosão) Área interna de trabalho fabricada em aço inox AISI 304 escovado; Apoio para os braços com curvatura alongada para melhor ergonomia do usuário; Filtro HEPA H14 – EN1822, classe A3 NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência 99.995%; Pré-filtro classe G 4 sintético, aumenta a durabilidade do filtro HEPA; Vidro frontal temperado com deslocamento vertical tipo Guilhotina com sistema de contrapesos permitindo para em qualquer posição do seu curso e com inclinação de 5°, a qual proporciona melhor conforto ergonômico e a redução de reflexos para o operador; Comando de acionamento digital ON/OFF, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; Horímetro para contagem de hrs da lâmpada UV e da cabine; Manômetro analógico para indicar diferencial de pressão do filtro hepa; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm, que é abertura segura para trabalho; Dispositivo de segurança utilizado para acionamento da lâmpada uv, somente com o vidro fechado; Baixo nível de ruído < 62 Db, Velocidade do ar 0.45m/s +- 20%; Alimentação 220 V, 50/60 Hz; Cabo de energia com dupla isolamento e plug com duas fases e um terra; Fusíveis de proteção; Ventilador tipo siroco; Motor monofásico 1/10 cv com proteção térmica e controle de velocidade (3 vel.); 01 tomada auxiliar interna 220 V; 01 válvula para gás ou vácuo; 01 lâmpada fria Led 9W ; 01 lâmpada UV (germicida) 15 W , timer 1-60 min. Equipamento com base e rodízios giratórios com trava, Tela de proteção para o filtro Hepa; Garantia 12 meses; Procedência Nacional.

MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
FILTERFLUX	R\$ 22.500,00	22.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>22.500,00</b>

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA 45 DIAS

10.396.394/0001-00  
 DIAGNOLAB LABORATÓRIOS EIRELI - EPP

CAMPO GRANDE - MS, 29 DE MAIO DE 2020

RUA ELIAS NACHIF, 70  
 FUNDADO JACINTO - CEP 70.033-030  
 CAMPO GRANDE - MS  
 TEL: (67) 3351-9494 E